

EC STER Spray - Системаи стерилизатсия бо радикалҳои озод

Спрейи зудтаъсири стерилизатсионӣ барои сатҳҳои хурд ва таҷҳизот

СИСТЕМАИ ПАТЕНТШУДА

CE 0546

Рақам дар феҳристи таҷҳизоти
тиббӣ: 1276104
Таҷҳизоти тиббии синфи IIb



ЗУДТАЪСИР

Бо ҳамагӣ 5 сония тамос стерилизатсия мекунад, сохтори сафедагии микроорганизмҳои патогениро денатуратсия менамояд.

МУВОФИҚ

Сатҳҳои металлро оксид намекунад, ранг намедиҳад ва доғ ё из намегузорад.

БЕХАТАР

Бо тамоси одӣ микроорганизмҳои патогениро ғайрифавол мекунад, муҳочирати онҳоро пешгирӣ менамояд ва хатари контаминатсияро бартараф месозад.

Бебӯй аст, бухоршавиҳо ё буғҳои озордиҳанда ба вучуд намеорад.

ЭКОЛОГӢ

Маҳлули истифодашуда ба ҳудудҳои қонунии партофтан ба шабакаи канализатсия мувофиқат мекунад.

ТАВСИФИ УМУМӢ ВА ИСТИФОДА

EC STER SPRAY воситаи химиявии хокаи барои стерилизатсияи сард аст. Дар шакли спрей барои стерилизатсияи зуди таҷҳизоти тиббии инвазивӣ ва ғайринвазивӣ, сатҳҳои хурд, мизҳои чарроҳӣ, дастгоҳҳои дандонпизишкӣ, рафҳои асбобҳо ва таҷҳизоти тиббӣ истифода мешавад.

Маҳлули стерилизатсионӣ бевосита дар флакони 750 мл-и пешниҳодшуда омода мегардад.

ҶУЗЪИ ФАЪОЛ ВА МЕХАНИЗМИ ТАЪСИР

- Радикалҳои озоди дорои фаъолияти барқароркунанда, ки аз матритсаи махсус дар муҳити обии дорои pH-и ишқорӣ ҳосил мешаванд.
- Интиқоли электронҳое, ки бо сохтори патогенҳо вокуниш мекунад, боиси осеби химиявии бебозгашт ва нобудшавии фаврии онҳо мегардад.

МИҚДОРИ ИСТИФОДА

3,5 г ба 1 литр об (0,35%)

ДОИРАИ ТАЪСИР

- бактерияҳои граммусбат ва грамманфӣ;
- микобактерияҳои сил;
- вирусҳо (аз ҷумла HIV, HBV ва HCV);
- спораҳо;
- занбӯруғҳо.

ВАҚТИ ТАЪСИР: 5 сония

УСТУВОРИИ МАҲЛУЛ

7 рӯз

МУҲЛАТИ КОРШОЯМИИ ХОКА

24 моҳ

ХОСИЯТҲО ВА БАРТАРИҲО

- Таҷҳизот ва сатҳҳои коркардшавандаро дар чанд сония стерилизатсия мекунад; бо тамоси одӣ микроорганизмҳои патогениро ғайрифавол карда, муҳочирати онҳоро пешгирӣ менамояд ва хатари контаминатсияи операторро бартараф месозад.

- pH-и ишқорӣ ва фаъолияти барқароркунандаи радикалҳо оксидшавиро пешгирӣ мекунад ва якпорчагии сатҳҳо ва асбобҳоро вайрон намесозанд; ранг намедиҳад ва из намегузорад.

- Флакони якдозагӣ омодаасозии маҳлули фаъолро осон мекунад; хока бевосита дар флакони бо пошандаи пешниҳодшуда мучаҳҳаз ҳал карда мешавад.

- Хока дар оби водопроводи ҳарорати хонагӣ ҳал мешавад. Маҳлули тайёр ранги зарди хеле кушод мегирад, ки оғози таъсирро тасдиқ мекунад; ранг аз шиддати электронии радикалҳо ба вучуд меояд.

- Маҳлул бебӯй аст ва ба муҳити кор буг хорич намекунад.

- Маҳлули фаъол ҳангоми тамос бо пӯст онро озор намедиҳад (тамоси хока бо пӯсти тар метавонад озурдагӣ ба вучуд орад).

- Маҳлули истифодашуда ба ҳудудҳои қонунии партофтан ба шабакаи канализатсия мувофиқат мекунад.

Системаи стерилизатсия бо радикалҳои озод патент шудааст.

ДАСТУРИ ИСТИФОДА

Омодаасозии маҳлули фаъол



01

Флакони В-и 750 мл-ро бо об пур кунед. Оби водопроводи ҳарорати хонагиро истифода бурдан мумкин аст.



02

2,6 г хокаи флакони А-ро ба флакони В-и 750 мл, ки пешакӣ бо об пур шудааст, резед.



03

Флакони В-ро бо пошанда маҳкам кунед ва барои осон кардани ҳалшавии хока хуб такон диҳед. Тақрибан 10 дақиқа интизор шавед. Маҳлул ранги хоси зарди кушод мегирад, ки оғози таъсири стерилизатсиониро тасдиқ мекунад. (Агар саҳтии оби водопровод аз 20°f зиёд бошад, маҳлул метавонад тира бошад).

04

Маҳлули ҳосилшуда фаъол ва барои истифода омода аст. Аз лаҳзаи омодаасозӣ 7 рӯз коршоям мебошад.

Стерилизатсияи сатҳҳо



05

Маҳлулро ба сатҳҳое, ки бояд стерилизатсия шаванд, ба миқдори фаровон пошед.

06

Вақти таъсирро (5 сония) интизор шавед ва хушк кунед.

РАМЗ 5230/26

Дар як баста:

- 10 флакони якдозагӣ, ҳар кадом 2,6 г (1 флакон барои 750 мл маҳлул);
- 1 флакони 750 мл бо пошанда.

МАЪЛУМОТ БАРОИ КОРМАНДОНИ ТИББӢ ПЕШБИНИ ШУДААСТ